

**Техническая спецификация на вибропривод с комплектующими
(Лот 6)
Общие требования**

№ п/п	Наименование	Характеристика	Кол-во, шт.
1.	Вибропривод	Суммарная масса элементов технологического назначения, устанавливаемых на плите привода (включая пробы материала): не более 10 кг; Амплитуда (полуразмах) колебаний плиты привода: 0,5 мм; Частота колебаний плиты: 1500 кол./мин; Мощность электродвигателей: 2х0,025 кВт; Напряжение питающей сети: 50 Гц, В 220. Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм: не более 370*350*200; Вес: 19 кг.	1
2.	Устройство крепления сит	Материал: нержавеющая сталь.	1
3.	Крышка	Диаметр: 200 мм.	1
4.	Поддон	Диаметр: 200 мм.	1
5.	Сито	С сеткой нормальной точности (0,04 мм, нерж. сталь); Диаметр: 200 мм; Высота: 50 мм.	1
6.	Сито	С сеткой нормальной точности (0,063 мм, нерж. сталь); Диаметр: 200 мм; Высота: 50 мм.	1
7.	Сито	С сеткой нормальной точности (0,08 мм, нерж. сталь); Диаметр: 200 мм; Высота: 50 мм.	1
8.	Сито	С сеткой нормальной точности (0,1 мм, нерж. сталь); Диаметр: 200 мм; Высота: 50 мм.	1
9.	Сито	С сеткой нормальной точности (0,16 мм, нерж. сталь); Диаметр: 200 мм; Высота: 50 мм.	1
10.	Сито	С сеткой нормальной точности (0,4 мм, нерж. сталь); Диаметр: 200 мм; Высота: 50 мм.	1
11.	Сито	С сеткой нормальной точности (0,8 мм, нерж. сталь); Диаметр: 200 мм; Высота: 50 мм.	1
12.	Сито	С сеткой нормальной точности (1,2 мм, нерж. сталь);	1

		Диаметр: 200 мм; Высота: 50 мм.	
13.	Сито	С сеткой нормальной точности (1,5 мм, нерж. сталь); Диаметр: 200 мм; Высота: 50 мм.	1

И.о ректора

Руководитель программы



С.Ж. Рахметуллина
О.Е. Бакланова

Рахметуллина С.Ж.

Бакланова О.Е.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Перед приобретением согласовать с заказчиком.

Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора.