

Жылудың таралуын бақылау құралына техникалық сипаттама

(Лот 1)

Жалпы талаптар

Тауардың натаяуы	Тауардың қысқаша сипаттамасы	Техникалық сипаттамасы	Өлшемдері	Мөлшері
Жылудың таралуын бақылау құралы	Кож балқымасын түйіршіктендіру кезінде түзілетін түйіршікті ердің (температуры 600-900°C) температурасын өлшеуге арналған.	<ul style="list-style-type: none"> • Температураны сезгіштігі NETD < 30мК • Сапасы жоғары стандартты объектив 30°x 23° кем емес • Автотоғыстыру • қуатты LED-көмескі жарығы бар орнатылған сандық камера • Изотерма функциясы • ыстық/суық нүктелерді автоматты түрде анықтау • Сенсорлы, айналмалы дисплей • Панорамалық суреттерді жасау шебері • максималды 3 (кем емес) нүктеде видеоөлшеуіш (USB арқылы) • Детектор 320 x 240 пиксельден кем емес • SuperResolution (Аса жоғары ажыратымдылық) 640 x 480 пиксельден кем емес (опция) • Температуралық шектері -20 ...+1200°C аралығында • Кадрды жаңарту жиілігі 9 Гц кем емес • Лазерлі маркер • Өлшеу орындарын айырып тану + суреттерді басқару • беттік ылғалдылықтың таралуын көрсету • Bluetooth гарнитурасы көмегімен дауыстық түсініктемелерді жазу • «Күн энергиясы» режимі <p>Жеткізілім жиынтығы:</p> <p>Ауысымды телеобъектив 11° x 9° кем емес USB кабелі бар, SD-жады картасы 2 Гб кем емес есептерді жасау функциясы бар кәсіби бағдарламалық жасақтама Куат беру блогы Қайта зарядталатын Li-ion аккумуляторы Тасымалдау белдігі Объективке арналған қап Объективті қорғайтын фильтр Қосалқы аккумулятор Зарядтауыш құрылғы Өзі желімденеңнің үлдір</p>	Жиынтық	1

Ректор**FЖЖИ жөніндегі проректор****Жоба жетекшісі****Шаймарданов Ж.К.****Гавриленко О.Д.****Кулепова Н.А.****ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Құны ККС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Тауарлар тізбесі тапсырыс берушімен келісілсін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 45 күнтізбелік күн.