

Рентген түтікшесіне техникалық сипаттама

(Лот 1)

Жалпы талаптар

PANalytical X'Pert PRO MPD рентгендік дифрактометр үшін мыс аноды бар металдық-қыштан жасалған рентген түтікшесі:

1. Алшақ және сызықтық фокус арасында ауыстырып қосу мүмкіндігі бар;
2. Диаметрі 14 мм, рентген терезесінің қалыңдығы 30 мкм екі бериллийден жасалған рентген терезесінің болуы;
3. Келесідей параметрлер – үдейтін кернеу 60 кВ, алшақ фокус жағдайындағы ток 60 мА, сызықтық фокус жағдайындағы ток 55 мА;
4. Сумен суытылу жылдамдығы 3,5 л/мин кем емес, қысымы 0,8 Мпа аспайды;
5. Түтікше бетіндегі рентгендік сәулелену қуаты 1 мкЗв/час артық емес;
6. Жұмысқа қажет температуралық интервалдар 5-тен 40 °С дейін.

Жеткізу жиынтығына түтікшені PANalytical X'Pert PRO MPD рентгендік дифрактометрге орнатуға оны қосу, дәлдеу, жұмыс істеу режиміне жеткізу және PANalytical X'Pert PRO MPD рентгендік дифрактометрдің өндіруші-компаниямен сертификатталған мамандармен калибрлеу кіреді.

Ректор



Шаймарданов Ж.К.

ҒЖЖИ жөніндегі проректор

Гавриленко О.Д.

Жоба жетекшісі

Куленова Н.А.

Жоба жетекшісі

Плотников С.В.

Жоба жетекшісі

Бакланова О.Е.

Жоба жетекшісі

Миргородский С.И.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Тауарлар тізбесі тапсырыс берушімен келісілсін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 30 күнтізбелік күн.