

Техническая спецификация трубки рентгеновской

(Лот 1)

Общие требования

Трубка рентгеновская металло-керамическая с медным анодом для рентгеновского дифрактометра PANalytical X'Pert PRO MPD с:

1. Возможностью переключения между широким и линейным фокусом;
2. Наличием двух бериллиевых рентгеновских окон диаметром 14 мм, толщиной рентгеновских окон 300 мкм;
3. Следующими параметрами - ускоряющее напряжение 60 кВ, ток в положении широкого фокуса 60 мА, в положении линейного фокуса 55 мА;
4. Охлаждением водой скоростью не менее 3,5 л/мин, давлением не более 0,8 МПа;
5. Мощностью рентгеновского излучения на поверхности трубки не более 1 мкЗв/час;
6. Температурными интервалами для работы от 5 до 40 °С.

В комплект поставки входит инсталляция трубки в рентгеновский дифрактометр PANalytical X'Pert PRO MPD с запуском, юстировкой, выводом на рабочий режим и калибровкой сертифицированными специалистами от компании-производителя рентгеновского дифрактометра PANalytical X'Pert PRO MPD.

Ректор

Проректор по НР и ИТ

Руководитель программы

Руководитель программы

Руководитель программы

Руководитель программы

Шаймарданов Ж.К.

Габриелов А. В.

Куленова Н.А.

Плотников С.В.

Бакланова О.Е.

Миргородский С.И.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Перед приобретением согласовать с заказчиком.

Срок поставки: 30 календарных дней с момента подписания договора.