

**Салқындатқыш сұйықтығымен суды салқындату құрылғысына
техникалық сипаттама
(Лот 3)
Жалпы талаптар**

№ п/п	Наименование	Характеристика	Кол-во, шт.
1.	Суды салқындату құрылғысы	Жұмыс 0-ден 400-ге дейінгі температурада жүргізілуі тиіс; Тот баспайтын болаттан жасалған сорғы; Көлемі: 9 л кем емес; Желдеткіштің диаметрі: кемінде 200 мм; Жұмыс температурасы: 60 °С аспайды; Желілік кернеу: 220 В артық емес; Электр қуаты: 0,15 кВт Ағымдағы тұтыну: 2.40 А аспайды; Габариттік өлшемдері: 455x250x350 артық емес; Салмағы: 13,80 кг артық емес.	1
2.	Салқындатқыш сұйықтық	Ол дәнекерлеу шамдарын салқындату, резеңке және пластиктен бейтарап әсер ету, салқындату жүйесінің ішкі беттеріндегі шөгінділердің мөлшерін едәуір азайтуға арналған болуы тиіс. Температурада қолданылуы тиіс: -20 °С-ден + 40 °С - ге дейін Көлемі: 10 литр.	2

Ректор

ҒЖЖИ жөніндегі проректор

Жоба жетекшісі



Шаймарданов Ж.К.

Гавриленко О.Д.

Бакланова О.Е.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Тауарлар тізбесі тапсырыс берушімен келісілсін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 30 күнтізбелік күн.