

Ультрадыбыстық ваннаға арналған техникалық сипаттама

Жеткізілетін құрал-жабдықта келесі құрамы және сипаттамалары болуы тиіс:

№	Тауар атауы	Техникалық ерекшелігі	Өл. бір.	Саны
1	Ультрадыбыстық ванна	Ванна материалы: Тот баспайтын болат; Ванна көлемі, л: кем емес 22; Ванның өлшемі, ұзындығы, ені, биіктігі, мм: кем емес 500*300*150; Жиілігі, Гц: 60; Қуаты, Вт: кем емес 600; Жұмыс жиілігі, кГц: кем емес 40; Температуралық диапазон: 20 град С-дан 80 град С-қа дейін; Таймер, мин: 1-99; Салмағы, кг: 14-тен артық емес; Жиынтықта ультрадыбыстық ваннаға сипаттама бойынша сәйкес келетін бөлшектерді төсеуге арналған тот баспайтын болаттан жасалған себет болуы тиіс.	дана	1

Ректор

ҒЖЖИ проректоры

Бағдарлама жетекшісі

Шаймарданов Ж.К.

Гавриленко О.Д.

Азаматов Б.Н.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Өскемен қаласына дейін DDP (тұтынушы дейін жеткізу, бұның ішіне әр түрлі төлемдер және салықтар кіреді) шарттарымен НДС –пен көрсетілген баға.

Төлем шарттары: жеткізуден кейін.

Жеткізу мерзімі: келісім шартқа қол қойғаннан кейін 45 календарлық күн.