

Атмосфералық ауадағы H₂S және SO₂ химилюминесцентті газ анализаторының (СВ-320А-1-H₂S, SO₂) техникалық сипаттамасы

(Лот 3)

Жалпы сипаттама

Лот атауы:	Техникалық сипаттамасы
Атмосфералық ауадағы H ₂ S және SO ₂ химилюминесцентті газ анализаторы (СВ-320А-1-H ₂ S, SO ₂)	Атмосфералық ауадағы күкіртті сутегі мен күкірт диоксидінің массасы мен көлемдік концентрациясын өлшеу үшін күкіртті сутегі 0÷0,2 мг/м ³ , күкірт диоксиді 0÷2 мг/м ³ , өлшеу қателігі 25% -дан аспайды. қоршаған ортаның температурасы 10-дан 35 ° С-қа дейін; атмосфералық қысымның диапазоны 84-тен 106,7 кПа-ға дейін (630-дан 800 мм сынап бағанасына дейін); 25 °С температурада қоршаған ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% дейін (ылғал конденсациясы жоқ); Айнымалы ток кернеуі (230 +23 –23) V; қорек кернеуінің жиілігі (50 ± 1) Гц.

Басқарма төрағасының м.а. — ректор

Шаймарданов Ж.К.

ҒЖЖИ жөніндегі проректор

Гавриленко О.Д.

Бағдарлама жетекшісі

Асанов Д.А.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 60 күнтізбелік күн.