

Пито түтігі бар Testo 350 газ анализаторының (O₂, CO, NO, NO₂, SO₂, H₂S)**техникалық сипаттамасы****(Лот 1)****Жалпы сипаттама**

Түтін мен технологиялық газдардағы ластаушы заттардың құрамын бақылау мақсатында шығарындыларды өлшеуге арналған. Testo басқару блогы 350 анализатор қорабын басқаруға және аккумуляторлық батареяны, кіріктірілген жадыны (250 000 оқылым), USB интерфейсін және Testo деректер шинасына қосылуды қоса, түсті графикалық дисплейде өлшеу деректерін көрсетуге арналған. CO өлшеу модулі (H₂ компенсациясы бар), 0 ... 10000 ppm, кіріктірілген:

- Басқару блогы үшін 230В қуат көзі
- Testo 350 анализатор қорабы, жабдықталған

O₂ (0... .25%), айырмашылықты өлшеуге арналған модуль. қысым, температура зондтарына арналған қосқыштар (терможұп түрі K, NiCr-Ni және S типі, Pt10Rh-Pt, Testo деректер шинасының қосқышы, қайта зарядталатын батарея, жанған ауа зонды (NTC), триггер кірісі, жад, USB - интерфейс. CO₂ және NO_x есептеу CO өлшеу модулі (H₂-компенсациясы бар), 0 ... 10000 айн / мин, кіріктірілген Өлшеу модулі ЖОҚ, 0 ... 4000 айн / мин, кіріктірілген

NO₂ өлшеу модулі, 0 ... 500 промилле, кірістірілген

SO₂ өлшеу модулі, 0 ... 5000 промилле, кірістірілген

H₂S өлшеу модулі, 0 ... 300 промилле,

Конденсатты автоматты түрде ағызуға арналған шлангтағы сорғысы бар Пельтье сынамасын дайындау кондырғысы, біріктірілген. Үздіксіз өлшеуге арналған таза ауаны тазартатын клапан (өлшеу диапазонын кеңейту, барлық модульдер үшін сұйылту коэффициенті 5, интеграцияланған:

- Testo деректер шинасына арналған кабельді басқару блогы мен бір немесе бірнеше анализатор қораптарының арасындағы ұзындығы 2 м
- Анализатор мен керек-жарақтарға арналған қап
- Алдын ала сүзгісі бар модульдік іріктеу зонды, Ø 14 мм, жұмыс ұзындығы 700 мм, соның ішінде. конусты бекіту, спец. SO₂ / NO₂ өлшеуге арналған шланг, термопары NiCr-Ni (TI) T_{max} + 1000 ° C, ұзындығы 2,2 м.
- Анализатор блогына арналған қосалқы шаң сүзгілері (1 пакет = 20 дана).
- Зондқа арналған қосалқы сүзгілер (1 пакет = 10 дана)
- Зондтық сүзгіге арналған қосалқы агломератталған сүзгілер (1 пакет = 2 дана),
- Газ анализаторы үшін ҚР ГСИ тізіліміне кіру туралы куәліктің көшірмесі
- Газ анализаторына арналған калибрлеу процедурасының көшірмесі
- Газ анализаторының типтік сипаттамасының көшірмесі
- Газ анализаторының мәзірі және орыс тіліндегі нұсқаулық
- Жылдамдық пен температураны өлшеуге арналған «Тіке» Пито трубкасы, ұзындығы 750 мм, ені 8 мм, тот баспайтын болат, жұмыс температурасы 40 ... + 1000 ° C, оның ішінде үштік шланг 5 м. Жеткізуші «Testo SE» (Германия) компаниясының ресми дилері (өкілі) болуы керек, газ анализаторы жарамды калибрлеу болуы керек, жеткізу уақыты 2020 жылдың 10 желтоқсанына дейін

Басқарма төрағасының м.а. – ректор**Шаймарданов Ж.К.****ҒИБЖЦ жөніндегі проректор****Денисова Н. Ф.****Бағдарлама жетекшісі****Асанов Д.А.****ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 25 күнтізбелік күн.