

**Оверхаузер магнитометрінің техникалық сипаттамасы  
(Лот 1)  
Жалпы сипаттама**

Негізгітехникалықсипаттамалары:

- Жұмыспринципі: Оверхаузерэффектіндегіпротон
- Өрістердінжұмысауқымы:  $20\ 000 \div 110\ 000$  нТл
- Абсолюттікқателік: 0.2 нТл
- Сезімталдық: СКО до 0.01 нТлциклде 3 с /  $0.026$  нТл/ $\sqrt{\text{Hz}}$
- Рұқсат: 0.001 нТл
- Сенсор осі мен өріс векторы арасындағыонтайлыбұрыш:  $90^\circ$
- Онтайлыбұрышқақатыстыжұмыс диапазоны:  $\pm 45^\circ$
- Бағдарлауқателігі: 0.15 нТл ( $\pm 45^\circ$ )
- Градиенткетөзімділік: 10 000 нТл/м
- Минималдыюлшеуциклі: 0.2 с
- Радикалдыңтұрақтылығы: н.у.кезінде 10 жыл
- Байланысинтерфейсі: USB немесе RS-232
- Жадқолемі: МВС немесе 250 000 - режимінде 1 000 000 өлшеукоординаталықбайланыстыру.

Басқарма төрағасының м.а. – ректор

Шаймарданов Ж.К.

ФИБжЦ жөніндегі проректор

Денисова Н. Ф.

Бағдарлама жетекшісі

Дьячков Б.А.

**ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 15 күнтізбелік күн.