

Бетонның аязға төзімділігін өлшеуге арналған құралдың техникалық сипаттамасы

(Лот 2)

Бетонның аязға төзімділігін өлшеуге арналған құрал. Көлемдік деформацияларды өлшеу диапазоны-0,1÷7,0 мл (см³); өлшемдердің дискреттілігі – 0,001 см³; көлемдік деформацияларды Өлшеудің абсолютті қателігінің шегі – ±0,1 см³; өлшеу камераларының саны – 1...3 дана; габариттік өлшемдері, мм: – электрондық блок - 150x76x27, – өлшеу камерасы - 160x170x210; салмағы, кг: – электрондық блок - 0,2, – өлшеу камерасы-3,6.

Міндетті түрде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тізіліміне енгізілуі және мемлекет аумағында сенім білдірілуі (калибрленуі) тиіс.

Басқарма төрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор

Конурбаева Ж.Т.

Жобаға жауапты

Руденко О.В.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 75 күнтізбелік күн.