

Техническая спецификация на прибор для измерения морозостойкости бетона

(Лот 2)

Диапазон измерения объёмных деформаций – $0,1 \div 7,0$ мл (см^3); Дискретность измерений – $0,001 \text{ см}^3$; Предел абсолютной погрешности измерения объёмных деформаций – $\pm 0,1 \text{ см}^3$; Количество измерительных камер – 1...3 шт. Габаритные размеры, мм: - электронного блока – $150 \times 76 \times 27$, - измерительной камеры – $160 \times 170 \times 210$; Масса, кг: электронного блока – 0,2, - измерительной камеры – 3,6.

Должен обязательно внесен в Госреестр Республики Казахстана и поверяться (калиброваться) на территории государства.

Председатель правления - ректор

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Ответственный за проект



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 75 календарных дней с момента подписания договора