

Шағын пресстің техникалық сипаттамасы

(Лот 3)

Жүктеме диапазоны-1...100 (0,1...10 тонна); жүктемені өлшеу қателігі-1-ден 5% - ға дейін НПИ - $\pm 3\%$; 5-тен 100% - ға дейін НПИ - $\pm 1\%$; дисплейдің төменгі разрядының бағасы-0,01/0,01 кН / Мпа; арасындағы жұмыс кеңістігінің биіктігі

155 мм; бұрандалы беру жүрісі - 110 мм; жоспардағы жұмыс кеңістігінің мөлшері-140x140 мм; жұмыс цилиндрінің поршеньдік жүрісі - 10 мм; тірек плиталарының мөлшері, кемінде-110x110 мм; плитаның қозғалыс жылдамдығының диапазоны- $3\pm 0,3$ мм/мин; қуат параметрлері-220В/50Гц; тұтынылатын қуаты, Вт, артық емес – 220; габариттік өлшемдері – 315x480x700 мм; салмағы, кг, артық емес – 68.

Міндетті түрде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тізіліміне енгізілуі және мемлекет аумағында сенім білдірілуі (калибрленуі) тиіс.

Басқарма төрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор

Конурбаева Ж.Т.

Жобаға жауапты

Руденко О.В.



ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 75 күнтізбелік күн.