

Ылғал өлшегіштің техникалық сипаттамасы

(Лот 4)

Бетонның ылғалдылық өлшегіші ылғал өлшегіш. Өлшенетін материалдардың түріне байланысты ылғалдылықты өлшеу Диапазоны:

- тығыздығы 2200-ден 2500 кг/м³ ауыр бетон-1-ден 6-ға дейін %;
- тығыздығына байланысты жеңіл бетон, цемент – құм ерітіндісі және кірпіш-1-ден 25-ке дейін %;
- тығыздығы 400-ден 1000 кг/м³ ұялы бетон-1-ден 45-ке дейін%;
- сусымалы құрылыс материалдары –

1-ден 25% - ға дейін.

Габариттік өлшемдері, мм:

- электронды блок-175 x 90 x 30 мм;
- компланарлы түрлендіргіш-Ø 70 x 45;
- коаксиалды түрлендіргіш-Ø 110 x 100. Түрлендіргіші бар Масса, кг, артық емес-0,95.

Міндетті түрде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тізіліміне енгізілуі және мемлекет аумағында сенім білдірілуі (калибрленуі) тиіс.

Басқарма төрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор

Конурбаева Ж.Т.

Жобаға жауапты

Руденко О.В.

**ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 75 күнтізбелік күн.