

Техническая спецификация на влагомер

(Лот 4)

Диапазоны измерений влажности в зависимости от вида измеряемых материалов:

- бетона тяжелого плотностью от 2200 до 2500 кг/м³ – от 1 до 6 %;
- бетона легкого, цементно-песчаного раствора и кирпича в зависимости от плотности – от 1 до 25 %;
- бетона ячеистого плотностью от 400 до 1000 кг/м³ – от 1 до 45%;
- сыпучих строительных материалов – от 1 до 25 %.

Габаритные размеры, мм:

- блока электронного – 175 x 90 x 30 мм;
- преобразователя компланарного – Ø 70 x 45;
- преобразователя коаксиального – Ø 110 x 100. Масса с преобразователем, кг, не более – 0,95.

Должен обязательно внесен в Госреестр Республики Казахстана и поверяться (калиброваться) на территории государства.

Председатель правления - ректор

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Ответственный за проект



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 75 календарных дней с момента подписания договора