

Қалыпты қатаю камерасының техникалық сипаттамасы

(Лот 1)

Қалыпты қатаю камерасы ГОСТ 10180-90 сәйкес қалыпты жағдайда (температура $20 \pm 2^\circ\text{C}$; Ылғалдылық $95 \pm 5\%$) бетон үлгілерін сақтауға (қатайтуға) арналған.

Камера ауа температурасы $+5^\circ\text{C}$ -тан төмен емес және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейінгі жабық үй-жайларда, құрамында тұз тұмандары, өткізгіш шаң, агрессивті газдар немесе металды және оқшаулауды бұзатын булар жоқ жарылыс қаупі жоқ ортада, атмосфералық қысым кезінде 84 жұмыс істеуге арналған ... 106,7 кПа.

Техникалық сипаттамалары.

Температура мен ылғалдылықты реттеу-Автоматты (контроллер)

Берілген температура- 20°C

Камераның көлемі бойынша температураның біркелкіностьігі: $\pm 2^\circ\text{C}$

Берілген салыстырмалы ылғалдылық-95 %

Камераның көлеміндегі ылғалдылықтың біркелкіностьігі: $\pm 5\%$

Камераның ішкі өлшемдері (ШхГхВ) - 485x730x650 мм

Электрмен Жабдықтау-220 В 50 Гц

Габариттік өлшемдері (ШхГхВ) - 650x1140x1290 мм

Сыйымдылығы-өлшемі 100x100x100 мм 120 үлгі

Камераның салмағы-230 кг аспайды

Қуат тұтыну-800 Вт

Пайдалы көлемі - 239 литр

Міндетті түрде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тізіліміне енгізілуі және мемлекет аумағында сенім білдірілуі (калибренуі) тиіс.

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Жобаға жауапты

Руденко О.В.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 60 күнтізбелік күн.