

Техническая спецификация на камеру нормального твердения

(Лот 1)

Камера нормального твердения предназначена для хранения (твердения) образцов бетона при нормальных условиях (температура $20 \pm 2^\circ\text{C}$; влажность $95 \pm 5\%$), по ГОСТ 10180-90.

Камера рассчитана для работы в закрытых помещениях при температуре воздуха не ниже $+5^\circ\text{C}$ и относительной влажностью до 80%, в не взрывоопасной окружающей среде, не содержащей солевых туманов, токопроводящей пыли агрессивных газов или парок разрушающих металл и изоляцию, при атмосферном давлении 84 ... 106,7 кПа.

Технические характеристики.

Регулирование температуры и влажности - автоматическое (контроллер)

Заданная температура - 20°C

Неравномерность температуры по объему камеры: $\pm 2^\circ\text{C}$

Заданная относительная влажность - 95 %

Неравномерность влажности по объему камеры: $\pm 5\%$

Внутренние габариты камеры (ШхГхВ) - 485х730х650 мм

Электропитание - 220 В 50 Гц

Габаритные размеры (ШхГхВ) - 650х1140х1290 мм

Вместимость - 120 образцов размером 100х100х100 мм

Масса камеры - не более 230 кг

Потребляемая мощность - 800 Вт

Полезный объем - 239 литров

Должна обязательно внесена в Госреестр Республики Казахстан и поверяться (калиброваться) на территории государства.

Председатель правления - ректор

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Ответственный за проект



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, на. и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 60 календарных дней с момента подписания договора