

Кептіру шкафының техникалық сипаттамасы

(Лот 2)

Кептіру шкафы 350 °С дейін. жұмыс камерасының көлемі-80Дм3. Жұмыс температурасының диапазоны+50 - +350 °С. максималды температураға дейін қыздыру уақыты - 60 мин. қуат тұтыну-220 / 50В / Гц.

Қуаты-2,5 кВт.

Үздіксіз жұмыс уақыты-16 сағат. Жалпы өлшемдері-680х665х600 ММ.

Жұмыс камерасының өлшемдері-560х400х360 мм. салмағы 45 кг.міндетті түрде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тізіліміне енгізілуі және мемлекет аумағында тексерілуі (калибрленуі) тиіс.

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор

Конурбаева Ж.Т.

Жобаға жауапты

Руденко О.В.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 60 күнтізбелік күн.