

**Бетонның су өткізбейтіндігін жедел анықтауға арналған аспаптың
техникалық сипаттамасы**

(Лот 2)

Аспап конструкцияларда, бұйымдарда, бетоннан және басқа да құрылыс материалдарынан жасалған үлгілерде ГОСТ 12730.5 бойынша ауаның енуіне төзімділік шамасы бойынша бетонның су өткізбейтіндігін жеделдетіп анықтауға арналған.

Бастапқы қысым:

- абсолютті қысым Рабс, артық емес, кПа 35

- - вакуумметриялық қысым, кем емес, кПа 65

Вакуумметриялық қысымды өлшеу диапазоны, кПа 10...65

Вакуумметриялық қысымды өлшеудің рұқсат етілген абсолютті қателігінің шектері, кПа =2

Қарсылықты өлшеу диапазоны, с / см³ 0,1...1000

Су өткізбейтін бетон маркаларының диапазоны 0...20

Индикатордың дискреттілігі:

- қысым, кПа 0,1

- кедергілер, с / см³ 0,1

Габариттік өлшемдері, мм: Ø180x120

- екі камералы құрылғы

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор

Жобаға жауапты



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 60 күнтізбелік күн.