

**Жылу өткізгіштігін өлшеуге арналған аспаптың
техникалық сипаттамасы**

(Лот 3)

Жылу өткізгіштік өлшегіштер құрылыс және жылу оқшаулағыш материалдарды (қатты, талшықты, сусымалы) ГОСТ 30256 бойынша жылу өткізгіштігін өлшеудің зондтық әдісімен жедел бақылауға арналған.

Жылу өткізгіштігін анықтау диапазоны, Вт/м·К 0,03...2*

Жылу өткізгіштікті өлшеудің салыстырмалы қателігінің шегі, % $\pm 7,0$

Бір өлшеу уақыты, мин 1...7

Жұмыс температурасының диапазоны, °C -10...+40

Габариттік өлшемдері, мм:

- электронды блок 150x68x23

- Ø25x230 жылу зонды

Зонд саңылауының өлшемдері: диаметрі / тереңдігі, мм 6 / кемінде 80

Салмағы, кг:

- электрондық блок 0,19

- жылу зонды 0,1

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор

Жобаға жауапты



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 60 күнтізбелік күн.