

Резенке мен керамикаға арналған әмбебап үйкеліс және тозу сынағының техникалық сипаттамасы

(Лот 4)

Сынақ күші диапазоны 10-1000N
Сынақ күшінің салыстырмалы қателігі $\pm 1\%$
Сынақ күшінің салыстырмалы қателігі,
ұзақ уақытқа созылады (30 минут) $\pm 1\%$ FS
Үйкеліс моментінің диапазоны 2.5 N * м
Үйкеліс моментінің дәлдігі $\pm 2\%$
Үйкеліс тұтқасының ұзындығы 50 мм шпиндель қозғалтқышының түрі
Сервожетек
Негізгі осьтің айналу жылдамдығы 2000 айн / мин,
жылдамдықты қадамсыз реттеу
Орта-май, су, сусpenзия, абразивті материал

Басқарма төрағасы – ректоры

Ғылым және инновация жөніндегі проректор

Бағдарлама жетекшісі

Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Рахадилов Б.К.



ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз күрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 30 қүнтізбелік күн.