

Техническая спецификация на техническое обслуживание масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой ИСП-МС Agilent 7500 cx.

(Лот 8)

Услуга должна быть оказана сервисным инженером авторизованного сервисного центра компании-представителя Agilent Technologies в Республике Казахстан. Услуга должна быть оказана с выездом на место расположения масс-спектрометра. Услуга предполагает 1 плановый выезд, продолжительностью не более 4х рабочих дней.

Услуга должна содержать следующие виды работ:

1. Проверка комплектности и исправности оборудования (оценка состояния);
2. Проверка соответствия к требованиям по эксплуатации оборудования;
3. Техническое обслуживание согласно регламенту завода-изготовителя;
4. Письменные рекомендации по замене и приобретению расходных материалов и запчастей;
5. Консультации по корректной эксплуатации оборудования.
6. Ремонт и замена запасных частей (при необходимости и наличии у Заказчика)

Председатель правления - ректор



Рахметуллина С.Ж.

Проректор по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Kurbanbekov Sh.R., is written below the signature of the Vice Rector for Science and Innovations.

Курбанбеков Ш.Р..

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: До 20.12.2024 года с момента подписания договора