

**Техническая спецификация на техническое обслуживание сканирующего электронного микроскопа
JSM-6390LV**

(Лот 9)

Услуга должна быть оказана сервисным инженером авторизованного сервисного центром. Услуга должна быть оказана с выездом на место расположения микроскопа. Услуга предполагает 1 плановый выезд, продолжительностью не более 4х рабочих дней.

Услуга должна содержать следующие виды работ:

Общая диагностика микроскопа

Поиск утечки вакуума

Настройка вакуумной системы

Замена пластинковых направляющих

Замена датчика Пирани

Расходные материалы:

Масло OIL (FOR RP) MR-100 1L (SMR-100) -2 шт

Пластинковая направляющая к резистору GUIDE B45301 -2 шт

Датчик пирани PIRANI TUBE PH02750 EVAC W510 W/CONNECT/CABLE -1 шт

Апертура объективной линзы OL MOVABLE APERTURE (MOLYBDENUM PLATE) -2 шт

Председатель правления - ректор

Проректор по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Курбанбеков Ш.Р..

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: До 20.12.2024 года с момента подписания договора