

## Тепловизордың техникалық сипаттамасы

(Лот 1)

Тепловизор-Өнеркәсіптік қолдануға арналған портативті инфрақызыл тепловизор.

- \* 384x288 пиксель жылу детекторының өлшемі.
- \* Қолмен / автоматты линза, автоматты түрде танылуы мүмкін
- \* 4 дюймдік жарқын сенсорлық дисплей, GUI жұмысы
- \* 5 миллион пиксель көрінетін жарық, Қос жарықдиодты жарықтандыру
- \* Инфрақызыл камера, көрінетін диапазон камерасы, суреттегі сурет функциясы, екі жолақты кескінді біріктіру режимі
- \* Нысанаға дейінгі қашықтыққа байланысты автоматты лазерлік фокустау
- \* Кескін және бейне жазу мүмкіндіктері
- \* Wi-Fi қосылымы, қашықтан басқару және талдау бағдарламасы арқылы нақты уақыттағы кескіндерді тасымалдау
- \* Bluetooth гарнитурасы арқылы дыбысты жіберу
- \* Биіктіктен 2 м-ге дейін құлаудан қорғау

Негізгі сипаттамалары

Температураны өлшеу диапазоны: -20°C-тан +650°C-қа дейін (қосымша +1200°C дейін).

Ажыратымдылық: 384 x 288 (қосымша 768 x 576).

Спектрлік диапазон: 8-14мкм.

Линзаның көру бұрыштары: 25°×19°

Кеңістіктік ажыратымдылық: 1,12 мрад.

Температура дәлдігі: қайсысы үлкен болса, өлшенетін мәннің  $\pm 2^\circ\text{C}$  немесе  $\pm 2\%$ .

Жинақтау

1. Термиялық бейнелеу T + туралы
2. Зарядтағыш / қуат көзі
3. Li-Ion Батареясы
4. Пайдаланушы нұсқаулығы
5. Соққыға төзімді герметикалық пластикалық корпус

Міндетті шарт – өнімге сәйкестік сертификатының (паспорттың) болуы.

Міндетті түрде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тізіліміне енгізілуі және мемлекет аумағында сенім білдірілуі (калибрленуі) тиіс.

Басқарма төрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және  
инновация жөніндегі  
проректор

Конурбаева Ж.Т.

Жобаға жауапты

Руденко О.В.



### ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 100 күнтізбелік күн.