

Вакуумды қондырғының техникалық сипаттамасы

(Лот 5)

Вакуумды қондырғы

Бұл қондырғы зертханалық жағдайда асфальтобетонның су сіңіруін анықтауға арналған, ГОСТ 12801-98 «Органикалық байланыстырғыштар негізіндегі материалдар жолдар мен әуежайлар құрылысына арналған. Сынау әдістері», СТ РК 1218-2003 «Органикалық байланыстырғыштар негізіндегі материалдар жолдар мен әуежайлар құрылысына арналған. Сынау әдістері» стандарттарына сәйкес және вакуум жасау қажет басқа да сынақтарды өткізу үшін пайдаланылады.

Қондырғының түрі: зертханалық

Материал: тот баспайтын болат

Жұмыс камерасындағы қалған қысым: 2000 Па-дан аспауы керек (15 мм рт. ст.)

Вакуумды ыдыстың жұмыс камерасының көлемі: 27 литр

Қозғалтқыш түрі: электродвигательден

Вакуумды ыдыстың салмағы: 15 кг-нан аспауы керек

Маймен және электроқұралдармен вакуумды сорғының салмағы: 11,5 кг-нан аспауы керек

Вакуумды ыдыстың өлшемдері: 390x390x525 мм

Вакуумды сорғының өлшемдері: 350x265x145 мм

Энергия көзі: 220 В 50 Гц

Тұтынылатын қуат: 350 Вт-тан аспауы керек

Жабдықтау комплектісі: Вакуумды қондырғы және паспорт (пайдалану нұсқаулығы).

Басқарма төрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор

Конурбаева Ж.Т.

Жобаға жауапты

Руденко О.В.

**ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 60 күнтізбелік күн.