

Техническая спецификация на вакуумную установку

(Лот 5)

Вакуумная установка, предназначена для определения в лабораторных условиях водонасыщения асфальтобетона по ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний», СТ РК 1218-2003 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний», а также проведения других испытаний, требующих создания вакуума.

Тип установки – лабораторная

Материал – нержавеющая сталь

Остаточное давление в рабочей камере – не более 2000 Па, (15 мм. рт. ст.)

Объем рабочей камеры вакуумного сосуда – 27 литров

Тип привода – от электродвигателя

Масса вакуумного сосуда – не более 15 кг

Масса насоса вакуумного с маслом и электрооборудованием – не более 11,5 кг

Размер вакуумного сосуда – 390х390х525 мм

Размер насоса вакуумного – 350х265х145 мм

Энергопитание – 220 В 50 Гц

Потребляемая мощность – не более 350 Вт.

Комплектация: Вакуумная установка и паспорт (руководство по эксплуатации)

Председатель правления - ректор

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Ответственный за проект



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 60 календарных дней с момента подписания договора