

Гипс және цемент балкаларына илуді тексеруге арналған құрылғының техникалық сипаттамасы

(Лот 1)

Гипс және цемент балкаларын илуге сынауға арналған құрылғы. Сынақ үлгілері 40×40×160 мм өлшемінде, база 100+0,2/0,152 мм, үш тіреу Ø10 мм.

Құрылғы болаттан жасалған цилиндрлік элементтермен жабдықталуы тиіс, олардың каттылығы 56...61 HRC болуы керек.

Төменгі тіреу элементтері үлгінің төменгі тіреу бетіне қатысты горизонтальды оське, оның ұзындық симметриясы осіне қатысты айналу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

Міндетті түрде өнімнің сәйкестік сертификаты (паспорт) болуы қажет.

Бұл құрылғы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тіркеліміне енгізілуі керек және ел аумағында тексерілуі (калибрленуі) тиіс.

Басқарма төрағасы – ректор**Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор****Жобаға жауапты****Рахметуллина С.Ж.****Конурбаева Ж.Т.****Руденко О.В.****ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 100 күнтізбелік күн.