

**Техническая спецификация на приспособление
для испытания на изгиб для гипсовых и цементных балок**

(Лот 1)

Приспособление для испытания на изгиб для гипсовых и цементных балок. Испытываются образцы 40×40×160 мм на базе 100+0,2/0,152 мм три опоры Ø10 мм

Должно быть снабжено цилиндрическими элементами, изготовленными из стали твердостью 56...61HRC.

Нижние опорные элементы должны иметь возможности поворота относительно горизонтальной оси, лежащей на нижней опорной плоскости образца и являющейся осью ее продольной симметрии

Обязательное условие – наличие сертификата соответствия на продукцию (паспорт).

Должно обязательно внесено в Госреестр Республики Казахстана и поверяться (калиброваться) на территории государства.

Председатель правления - ректор

Рахметуллина С.Ж.

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Ответственный за проект

Руденко О.В.



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 100 календарных дней с момента подписания договора