

Бетон үлгілерін иілу кезіндегі созылу сынағына арналған құрылғының техникалық сипаттамасы

(Лот 2)

Бетон үлгілерін иілу кезіндегі созылу сынағына арналған құрылғы. Сынақ үлгілері 100×100×400 мм өлшемінде. Габариттік өлшемдер (Ұзындығы х Ені х Биіктігі), ең көп: 400х170х200 мм.

Массасы, ең көп: 13 кг.

Міндетті түрде өнімнің сәйкестік сертификаты (паспорт) болуы қажет.

Бұл құрылғы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тіркеліміне енгізілуі керек және ел аумағында тексерілуі (калибрленуі) тиіс.

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор

Жобаға жауапты



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 100 күнтізбелік күн.