

**Тау жыныстарының біросында сығылу кезіндегі беріктік шегін
анықтауға арналған құрылғының техникалық сипаттамасы**

(Лот 5)

Тау жыныстарының біросында сығылу кезіндегі беріктік шегін анықтауға арналған құрылғы. Плиталар болаттан жасалып, қалыңдығы кемінде 0,3 есе үлгі диаметрінен (квадраттың жағы) және диаметрі, үлгінің диагоналінен 3-5 мм артық болуы тиіс. Плиталарда жұмыс беті плоскопараллельді, қаттылығы HRC 55-60 болуы керек. Бұл плиталар, егер сынақ машинасы үстінгі аспалы шар тәрізді платамен жабдықталған болса, үлгілердің ұштары мен сынақ машинасының тіреу плиталары арасында төсем ретінде пайдаланылады.

Егер сынақ машинасында үстінгі аспалы шар тәрізді плата болмаса, орнату құрылғылары, шар тәрізді буынмен жабдықталған, пайдаланылады.

Міндетті түрде өнімнің сәйкестік сертификаты (паспорт) болуы қажет.

Бұл құрылғы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тіркеліміне енгізілуі керек және ел аумағында тексерілуі (калибрленуі) тиіс.

Басқарма төрағасы – ректор

**Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор**

Жобаға жауапты



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко Ө.В.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 100 күнтізбелік күн.