

**Техническая спецификация на приспособление для
определения предел прочности при одноосном сжатии горных пород**

(Лот 5)

Приспособление для определения предел прочности при одноосном сжатии горных пород. Плиты стальные толщиной не менее 0,3 диаметра (стороны квадрата) образца и диаметром, на 3-5 мм превышающим диаметр (диагональ квадрата) образца, которые имеют плоскопараллельные рабочие поверхности твердостью HRC 55-60, - применяют в качестве прокладок между торцами образцов и опорными плитами испытательной машины в случае, если испытательная машина оснащена верхней подвесной сферической плитой;
устройства установочные, оснащенные сферическим шарниром, - применяют при отсутствии на испытательной машине верхней подвесной сферической плиты.

Обязательное условие – наличие сертификата соответствия на продукцию (паспорт).

Должно обязательно внесено в Госреестр Республики Казахстана и поверяться (калиброваться) на территории государства.

Председатель правления - ректор

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Ответственный за проект



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 100 календарных дней с момента подписания договора