

Пенополистирол үлгілерін иілуге сынауға арналған құрылғының техникалық сипаттамасы

(Лот 7)

ГОСТ 15588 бойынша пенополистирол үлгілерін иілуге сынауға арналған құрылғы.

Сынақ үлгілері 40×40×250 мм өлшемінде, база 200 мм (тіреулер Ø12 мм).

Габариттік өлшемдер (Ұзындығы х Ені х Биіктігі), ең көп: 250х60х110 мм.

Массасы, ең көп: 1 кг.

Міндетті түрде өнімнің сәйкестік сертификаты (паспорт) болуы қажет.

Бұл құрылғы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тіркеліміне енгізілуі керек және ел аумағында тексерілуі (калибрленуі) тиіс.

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор

Жобаға жауапты



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 100 күнтізбелік күн.