

Анемометрдің техникалық сипаттамасы

(Лот 2)

Ауа ағынының жылдамдығын өлшеу диапазоны, м/с 0,6-60
 Ауа ағынының бағытын өлшеу диапазоны, дәрежесі 0-360
 Желдің жылдамдығын өлшеудің рұқсат етілген абсолютті кателігінің шегі V жылдамдық диапазонында, м/с:
 - 0,6-дан 5 м/с дейінгі жылдамдық диапазонында коса алғанда - 5-тен 60 м/с дейінгі жылдамдық диапазонында $\pm 0,5 \pm (0,25 + 0,05V)$
 Ауа ағынының бағытын өлшеудің рұқсат етілген абсолютті кателігінің шектері, дәрежесі $\pm 5,0$
 Қуат кернеуі, В 5-12
 Тұтыну тогы, мА, артық емес 50
 Пайдалану шарттары: Қоршаған ауа температурасының жұмыс диапазоны, дәрежесі 25°C температурада ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, %, артық емес
 Атмосфералық қысым, кПа -60...+60 98 64...106,7
 Габариттік өлшемдері (ұзындығы, ені, биіктігі), мм, артық емес 381x45x500
 Салмағы, кг, артық емес 1,5
 Қажетті шығыс сигналдарына (интерфейстерге) байланысты сенсор қалыптастыруды қамтамасыз етеді:
 - протоколы бойынша деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін RS485 интерфейсі (параметрлердің физикалық мәндері).
 - Бастапқы түрлендіргіштің шығысынан екі импульстік тізбек (өлшеу контроллерімен өңдеусіз). Бірінші импульс тізбегінің жиілігі жел жылдамдығына пропорционал, екінші реттілік импульстарының ені (ұзақтығы) жел бағытына пропорционал, яғни импульстің ені модуляциясы (ИЕМ).
 - Өлшеу контроллерінің шығысынан эмуляцияланған сигналдар (Жел жылдамдығына пропорционал жиілігі бар екі импульс тізбегі, жел бағытына пропорционалды бір-біріне қатысты ауысады, М 127 және ДВМ жел сенсорларына ұқсас).
 - Өлшеу контроллерінің шығысынан эмуляцияланған сигналдар (20 Гц жиілігі және жел жылдамдығы мен бағытына пропорционал импульстік ені (ұзақтығы) бар екі ИЕМ импульстік тізбегі).

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Денисова Н.Ф.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 60 күнтізбелік күн