

Жылулық көміртекті бүріккіш жүйесінің техникалық сипаттамасы

(Лот 2)

Вакуумдық сорғы: майлы роторлық тип
Сору жылдамдығы: 8 м³/сағ (2,2 л/с)
Вакуумның шекті мәні: 2 Паскаль
Бұрку кезіндегі максималды ток: 100 Ампер
Жұмыс қысымы: 6–4 Паскаль
Сору уақыты: <5 минут (2 Па жеткенге дейін)
Вакуумөлшегіш: қысым өлшеу диапазоны — атмосфералық қысымнан 2 Паскальға дейін
Камера өлшемі: диаметрі 150 мм, биіктігі 120 мм, сызатқа төзімді кварц шыны
Көміртек көзі: жіп, материалы — көміртек, ұзындығы 1 метр
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
Салмағы / өлшемдері (Ұзындығы x Ені x Биіктігі): 45 кг / 340 мм x 390 мм x 300 мм
Қуат көзі: 220 Вольт, 50 Гц
Тұтынатын қуат: <2000 Ватт
Көміртекті жіп, 1 м – 3 дана

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

/ Курбанбеков Ш.Р.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 60 күнтізбелік күннен аспайтын.