

Магнетронды бүркуге арналған ион көзінің техникалық сипаттамасы

(Лот 1)

Ион көзінің диаметрі: 80 мм

Иондық сәуленің энергиясы: 100 ~ 3000 эВ, тегіс реттеу.

Иондық сәуленің максималды тогы: 150 мА

Біркелкі сәуле энергиясының ауданы: 300мм (көздің шығуынан 300мм)

Сәуле энергиясының біркелкі еместігі: 10% (көздің шығуынан 300 мм)

Жұмыс газы: аргон, өттегі, азот.

Жұмыс қысымының диапазоны: $0,5 \sim 3,0 \times 10^{-2}$ Па

Қолдауыш қуат көзі: K-1KV0A5

Жиынтықта: қуат көзі

TN-600-2HD реактивті магнетронды бүрку құрылғысымен үйлесімді.

Басқарма төрағасы – ректоры

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі
проректор

Бағдарлама жетекшісі



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Уазырханова Г.К.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 150 күнтізбелік күннен аспайтын.