

Кептіру шкафының техникалық сипаттамасы

(Лот 3)

Номиналды қуаты, кВт: 2.0 Камера материалы болат, тот баспайтын болат Камераның көлемі 80 л дейін. Температураны автоматты реттеу диапазоны, °C: 50-350 Тұрақты жылу режиміндегі температураның тұрақтылығы, торсыз, °C: + / - 2 Реттелетін ағынды желдету жүйесі Мәжбүрлі ауа айналымы 220 В, 50 Гц АС желісінен қоректендіру

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Кожухметов Е.А.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған 20.12.2025 жылға дейін.