

Техническая спецификация на весы лабораторные

(Лот 5)

Наибольший предел взвешивания (НПВ) 600 г Наименьший предел взвешивания (НмПВ) 0.02 г
Дискретность 0.001 г Цена поверочного деления 0.01 г Класс точности II высокий Дисплей
жидкокристаллический с подсветкой Платформа из нержавеющей стали Калибровка внешняя Питание
адаптер AC/DC

Председатель правления - ректор

Член правления- проректор
по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Кожаметов Е.А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: До 20.12.2025 года с момента подписания договора