

## Аралас зертханалық Тоңазытқыштың техникалық сипаттамасы

(Лот 8)

Жалпы көлемі, л дейін 400 Тоңазытқыш камерасының көлемі, л 270 дейін Мұздатқыш камераның көлемі, л дейін 130 Тоңазытқыш камерадағы Температура, °C +2... +15 Сөрелердің биіктігін реттеу Мұздатқыш Мұздатқыштағы Температура, °C -25...-10 Қуат көзі AC 110/220V ±10%, 50/60 Гц Температура датчиктері бар микропроцессорлық температура реттегіші, Тоңазытқыш камерасындағы мәжбүрлі ауа айналымы жүйесі, Тоңазытқыш бөлімінде Құлыпталған шыны есік, мұздатқыш бөлімінде Құлыпталған металл есік, камералардағы Температураны автоматты түрде ұстап тұру, температураны белгіленген температурадан ауытқу кезінде дабыл беру, басқару панелі таблосындағы температураны көрсету, есікті ашқан кезде желдеткішті ажырату

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі- ғылым және  
инновация жөніндегі проректор

Бағдарлама жетекшісі



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Кожаметов Е.А.

## ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз іс-қарамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған 20.12.2025 жылға дейін.