

Техническая спецификация на холодильник комбинированный лабораторный

(Лот 8)

Общий объем, до л 400 Объем холодильной камеры, до л 270 Объем морозильной камеры, до л 130
 Температура в холодильной камере, °C +2... +15 Регулирование высоты полок есть Морозильная камера
 Температура в морозильной камере, °C -25...-10 Источник питания AC 110/220В ±10%, 50/60 Гц
 Микропроцессорный регулятор температур с датчиками температуры, система принудительной циркуляции
 воздуха в холодильной камере, в холодильном отделении дверь стеклянная с замком, в морозильном
 отделении дверь металлическая с замком, автоматическое поддержание температуры в камерах,
 сигнализация при отклонении температуры от заданной, отображение температуры на табло панели
 управления, отключение вентилятора при открывании двери

Председатель правления - ректор

Член правления- проректор
по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Кожаметов Е.А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: До 20.12.2025 года с момента подписания договора