

Кедір бұдыр өлшегіштің техникалық сипаттамасы

(Лот 4)

Бұл қателік шегі 5% болатын 0-ден 350 мкм-ге дейінгі диапазондағы кедір-бұдырды тікелей өлшеуге арналған негізгі құрал.

Өлшеу принципі-сезіну әдісі

Сенсор-индуктивті тірек сенсоры, ұшының радиусы 2 мкм (80 МКД), Өлшем. күш шамамен 0,7 мН.

Өлшенетін параметрлер: DIN/ISO: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rk, Rvk, Mrl, Mr2, Ai, A2, Vo, Rt, Rzz, RP, Rmr, RSm, Rsk, CR, CF, cl, R, AR, Rx

JIS: Ra, Rq, Ry (сәйкес. Rz), RzJIS, tp (сәйкес. Rmr), RSm, S

ASME: Rp, Rpm, RPc, Rsk, tp (сәйкес. Rmr)

MOTIF: R, AR, Rx, CR, CF, CL

Ra кедір-бұдыр параметрін өлшеу диапазоны, мкм - 0,02-ден 10-ға дейін;

RZ, Rmax, мкм кедір-бұдыр параметрлері көрсеткіштерінің диапазоны - 0,1-ден 50-ге дейін;

Зондтың козғалыс ауқымы, мкм--200 - ден +170-ке дейін;

Ra кедір-бұдыр параметрін өлшеудің рұқсат етілген негізгі салыстырмалы қателігінің шегі, % - 5;

Сенсорлық жолдың ұзындығы, мм 0,56; 1,5; 4,8; 16 (Автоматты таңдау);

Өлшеу күші, мН-0,6-дан 0,8-ге дейін

Зондтың радиусы, мкм-2;

Жад 3900 профиль, 500000 нәтиже, 1500 RDF файл, 32 Гб дейінгі microSD картасын пайдалануға болады

Қосымша мүмкіндіктер параметрлерді құлыптау / құпия сөзді қорғау, күні / уақыты

USB-device, MarConnect (RS232, USB), micro SD Slot for SD TM / SDHC cards up to 32 GB интерфейстері

MEMCT 14254 IP 40 бойынша қабықты қорғау дәрежесі

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Азаматов Б.Н.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз қурамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 25.12.2025 жылға дейін