

Техническая спецификация на тепловизор

(Лот 12)

Минимальные характеристики: инфракрасная матрица с разрешением не менее 256x192 пикселей; температурная чувствительность не более 0,05 °C (50 мК); диапазон измеряемых температур не уже от –20 °C до +550 °C; наличие встроенной цифровой камеры; возможность наложения инфракрасного и видимого изображения.

Председатель правления - ректор

Член правления- проректор
по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Кожахметов Е.А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: Не более 90 календарных дней с момента подписания договора

Петрова О.А. Епр.