

Аналитикалық таразының техникалық сипаттамасы 320 г

(Лот 16)

Ең жоғары өлшеу шегі (ЕЖШ) – 320 г; ең төменгі өлшеу шегі (ЕТӨШ) – 0,01 г; бөлік құны (дискреттілігі) – 0,0001 г; дәлдік класы – 1 (арнайы); жарыктандырылған сұйық кристалды дисплей; ішкі калибрлеу; коректендіру – АС/DC адаптері. Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілген. Тексеру туралы сертификат.

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі- ғылым және

инновация жөніндегі проректор

Бағдарлама жетекшісі



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Кожаметов Е.А.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған 90 күнтізбелік күннен аспайтын.

Жетпеев О.А. [Signature]