

Зертханалық таразылардың техникалық сипаттамасы 600 г.

(Лот 17)

Ең жоғары өлшеу шегі (ЕЖШ) – 600 г; дәлдік класы – II (жоғары); дискреттілігі – 1 мг; жарықтандырылған сұйық кристалды дисплей; тот баспайтын болаттан жасалған платформа; коректендіру – AC/DC адаптері. Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілген. Тексеру туралы сертификат.

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі- ғылым және

инновация жөніндегі проректор

Бағдарлама жетекшісі



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Кожаметов Е.А.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған 90 күнтізбелік күннен аспайтын.

Петрова О.А. Е.А.