

Елеуіш анализаторының техникалық сипаттамасы

(Лот 22)

Орнатылатын елеуіштердің ұяшық өлшемі – 20 мкм–25 мм; діріл орын ауыстыруының амплитудасы – 0,3–3 мм; колданылатын елеуіштердің диаметрі – 100, 150, 200 мм, 8". Жиынтығы: елеуіш анализаторы; қысқыш құрылғылар; минералды ұнтаққа арналған елеуіштер жиынтығы (0,315; 0,63; 0,9; 1,25; 2,5 мм); науа; какпак. Қоректендіру – АС 220 В, 50 Гц. Електер Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілген және тексеру туралы сертификаты бар.

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі проректор

Бағдарлама жетекшісі



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Кожаметов Е.А.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған 90 күнтізбелік күннен аспайтын.

Темрова А.А. Ем.