

Шу мен діріл өлшегіштің техникалық сипаттамасы

(Лот 8)

Ең төменгі сипаттамалары: дәлдік класы 2-ден төмен емес; шуды өлшеу диапазоны кемінде 30–130 дБ; А және С жиіліктік сипаттамалары; жалпы және жергілікті дірілді өлшеу; діріл үдеуі; діріл жылдамдығы; діріл орын ауыстыруы. Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілген. Тексеру туралы сертификат.

Басқарма төрағасы – ректор

Басқарма мүшесі- ғылым және

инновация жөніндегі проректор

Бағдарлама жетекшісі



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Кожаметов Е.А.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған 90 күнтізбелік күннен аспайтын.

Петрова О.А. Елорда