

Акустикалық томографтың техникалық сипаттамасы (ультрадыбыстық ағып кету детекторы)

(Лот 13)

Ең төменгі сипаттамалары: ультрадыбыстық анықтау жиілігі кемінде 20–100 кГц; сигналдың жарықтық және дыбыстық индикациясының болуы; сезімталдықты реттеу мүмкіндігі.

Басқарма төрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Кожухметов Е.А.



ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған 90 күнтізбелік күннен аспайтын.