

**Техническая спецификация на анализатор ситовой**

**(Лот 19)**

Размер ячеек устанавливаемых сит 20 мкм – 25 мм, Амплитуда виброперемещений 0,3 – 3 мм, Диаметр подходящих сит 100, 150, 200 мм, 8". Комплектация: Ситовой анализатор, зажимные устройства, комплект сит для мин. порошка (0,315; 0,63; 0,9; 1,25, 2,5 мм), поддон; крышка. Питание от сети АС 220 В, 50 Гц. Сита внесены в реестр средств измерений Республики Казахстан и имеют сертификат о поверке.

**Председатель правления - ректор**

**Рахметуллина С.Ж.**

**Член правления- проректор  
по науке и инновациям**

**Конурбаева Ж.Т.**

**Руководитель темы**

**Кожухметов Е.А.**



**УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ**

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: Не более 90 календарных дней с момента подписания договора