

Техническая спецификация на люксметр

(Лот 6)

Минимальные требования: диапазон измерений не менее 1–200000 лк; погрешность не более $\pm 5\%$; цифровая индикация. Внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Сертификат о поверке

Председатель правления - ректор

Рахметуллина С.Ж.

**Член правления- проректор
по науке и инновациям**

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Кожаметов Е.А.



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: Не более 90 календарных дней с момента подписания договора