

Техническая спецификация на измеритель шума и вибрации

(Лот 7)

Минимальные характеристики: класс точности не ниже 2; диапазон измерений шума не менее 30–130 дБ; частотные характеристики А и С; измерение общей вибрации и локальной вибрации; виброускорения; виброскорости; виброперемещения. Внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Сертификат о поверке.

Председатель правления - ректор

Член правления- проректор
по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Кожаметов Е.А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: Не более 90 календарных дней с момента подписания договора