

ML3 ThetaKit техникалық сипаттамасы

(Лот 1)

Жұмыс диапазоны: 0 – 0,5 м³/м³ (ең жоғарысы – 0 – 1,0 м³/м³). Дәлдігі: Өртүрлі топырақ түрлеріне арналған калибрлеумен ±1% (±0,01 м³/м³).

Ылғалдан қорғау: Датчик – IP68, өлшеуіш құрылғы – IP54. Жұмыс температурасының диапазоны: -40°C-тан +70°C-қа дейін. Өлшенетін параметрлер: топырақтың көлемдік ылғалдылығы (VWC): дәл өлшеу диапазоны – 0 – 0,5 м³/м³, кеңейтілген диапазоны – 0 – 1,0 м³/м³; топырақ температурасы: 0 – +40°C аралығында – ±0,5°C, -20 – +60°C аралығында – ±0,75°C; топырақтың тұздылығы (электр өткізгіштігі): 50 – 500 мС/м. Датчиктің қоректенуі: 5–14 В, тұтыну тогы шамамен 18 мА. Шығыс сигналы: 0 – 1,0 В (0 – 0,6 м³/м³ ылғалдылық мәніне сәйкес келеді). Байланыс интерфейстері: Деректерді компьютерге жіберуге арналған RS232 / USB.

Өлшемдері: ML3 ThetaProbe датчигі: 158 × 40 мм. HH2 Moisture Meter өлшеуіші: 125 × 80 × 45 мм. Зондтарының өлшемі: Ұзындығы 60 мм, диаметрі 3,2 мм (ауыстырмалы). Салмағы: 0,1 кг (кабельсіз).

Жиынтықтың құрамына мыналар кіруі тиіс:

- ML3 ThetaProbe датчигі;
- HH2 Moisture Meter (өлшеуіш құрылғы және деректерді сақтау құрылғысы);
- Датчиктің ауыстырмалы зондтары (штырлары);
- Қорғаныш тасымалдау кейсі.

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Конурбаева Ж.Т.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 90 күнтізбелік күн.