Приложение 1.2

Техническая спецификация на pH-метр/иономер (стационарный)
(Лот 2)

Предназначен для измерений водородного показателя (pH), окислительно-восстановительного потенциала, концентрации ионов в питьевых, природных, сточных водах, водных растворах проб почв, пищевых продуктов, продовольственного сырья методом потенциометрии.
pH-метр/иономер представляет собой автоматизированный прибор настольного исполнения, в состав которого входят:
измерительный преобразователь; цветной ЖК-дисплей с сенсорной панелью управления; магнитная мешалка (управление магнитной
мешалкой осуществляется в автоматическом режиме); держатель электродов и термодатчик (установлены на штативе с лапкой).
С дополнительными тремя комплектами электродов.

Председатель правления - ректор **Рахметуллина С.Ж.**

Член правления- проректор
по науке и инновациям **Конурбаева Ж.Т.**

Руководитель темы **Куленова Н.А.**

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: До 10 декабря 2026 года с момента подписания договора